Po-lož-ka	Druh meradla, meracieho prostriedku	Merací rozsah	Rozšírená neistota U [μm] k = 2	Zavedené metódy Druh	Dokumentácia	Ostatné špecifikácie
1	Koncové mierky	(0,5 až 100) mm	0,16 + 1.L	porovnanie koncových mierok na prístroji TESA MODUL	MK - 1	4.rád
			0,2 + 1,5.L			5.rád
2	Číselníkové odchýlkomery	(0,001 až 1) mm	1,7	priame meranie na dĺžkomere ZEISS	MK - 2	dielik = 0,001 mm
		(0,01 až 25) mm	2,4			dielik = 0,01 mm
3	Mikrometrické meradlá	do 100 mm nad 100mm do 300mm nad 300mm do 500mm	0,7 1,0 1,5	priame porovnanie s koncovými mierkami	MK - 3	vonkajšie meranie
	Mikrometrické dutinomery	do 100mm	1,0	priame porovnanie s koncovými mierkami na prístroji ZEISS		vnútorné meranie
	Mikrometrické odpichy	nad 50mm do 200mm nad 200mm do 400mm	2,0 3,0			
4	Posuvné meradlá	do 500 mm	10+9,4.L	priame porovnanie s koncovými mierkami	MK - 4	dielik 0,01mm
			15+14.L			dielik 0,02mm
			20+19.L			dielik 0,05mm
5	Valčekové a ploché medzné kalibre	do 100 mm nad 100mm do 250mm nad 250mm do 500mm	1,6 2,0 2,4	priame meranie s mikrometrami	MK - 5	-
6	Strmeňové kalibre	do 100 mm nad 100mm do 250mm nad 250mm do 500mm	1,8 2,2 2,6	priame porovnanie s koncovými mierkami	MK - 6	-
7	Závitové tŕne	do 100 mm	3,0	priame meranie s mikrometrom pomocou meracích drôtikov	MK - 7	porovnávacie závitové tŕne
			4,0			závitové tŕne
8	Závitové krúžky	do 100 mm	6,0	priame meranie na dĺžkomere ZEISS	MK - 8	-

L - dĺžka v metroch